


政府采购进口产品专家论证意见书

一、基本情况	
申请单位	漯河市第六人民医院
拟采购产品名称	胸腹腔内窥镜
拟采购产品金额	90000 元
采购项目所属项目名称	漯河市第六人民医院医疗设备采购
采购项目所属项目金额	1200000 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 1. 为满足我院胸腹外科开展胸腔镜腹腔镜手术需求，保障手术安全、提高诊治质量、完善科学建设，亟需配置高性能、高稳定性、高兼容性的胸腹腔内窥镜系统。 2. 该配件国产刚上市目前市场普及率不高，性能稳定性及匹配度仍需要进一步的经过市场的考验。 3. 本次申请采购的胸腹腔内窥镜为科室现有主机的原厂配件，能契合的满足设备兼容性，实现窄带光成像功能，为患者提供更好的检查效果，建议采购原厂进口。 4. 进口胸腹腔内窥镜在光学分辨率、色彩还原、暗场成像、景深、抗干扰、图像稳定性等核心指标上更优，可清晰显示微小血管、淋巴、筋膜层次及粘连组织，显著提升复杂手术操作精度，降低术中误伤风险，符合三甲医院微创外科诊疗标准。 5. 进口设备经全球长期临床验证，主机、镜体、光源、摄像系统故障率低，耐高温高压灭菌、耐长期反复使用，术中无黑屏、卡顿、起雾、信号中断等问题，可有效保障急诊、危重、长时间手术连续开展，降低医疗安全隐患。 6. 综上从成像质量、稳定性、兼容性方面，国产同类产品无法满足我院临床实质需求，确需采购进口产品以保障医疗质量与患者安全，提升我院微创外科综合救治能力与学科建设水平。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
<p>进口配件更匹配科室现有主机，综合考虑设备兼容性、稳定性等因素，建议采购进口产品</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2016年4月30日</p>	