

漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：漯采磋商采购-2026-133



采 购 人： 漯河市立医院

代理机构： 河南新通工程管理咨询有限公司

日 期： 二〇二六年九月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	5
第三章 评分办法	20
第四章 采购需求及技术要求	29
第五章 磋商响应文件格式	38
第六章 政府采购合同文本	63

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目的潜在供应商应在（漯河市公共资源电子交易平台）获取采购文件，并于2026年09月23日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：漯采磋商采购-2026-133
- 2、项目名称：漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1100000.00元
- 最高限价：1100000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	Z20260041401	漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目	1100000.00	1100000.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 5.1采购内容：漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目。（具体内容详见第四章采购需求及技术要求）
 - 5.2质量要求：达到国家、行业质量验收规范合格标准并满足采购人需求。
 - 5.3供货期：自合同签订之日起30日历天。
 - 5.4供货安装地点：采购人指定地点。
 - 5.5质保期：3年。
- 6、合同履行期限：同供货期。
- 7、本项目是否接受联合体：否。
- 8、是否接受进口产品：否。
- 9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，强制优化采购节能产品、环境标志产品等政府采购政策。
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在响应文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见响应文件中的格式，供应商在成交后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出成交通知书）：

（1）具有独立承担民事责任的能力【提供有效的营业执照（或组织机构代码证或事业单位法人证书或其它组织证明材料）】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明（成立不足一年，以实际注册时间为准）】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供：a. 近六个月内（2026年2月至今）其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月内（2026年2月至今）其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）。】注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供声明函】；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），查询时间需在本公告发布时间之后。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供承诺书】

三、获取采购文件

1. 时间：2026年09月 11 日至2026年09月 17 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：漯河市公共资源电子交易平台；

3. 方式：有意参加投标的供应商在“漯河市公共资源交易信息网”完成企业注册和CA数字证书认证办理后，持CA登录“漯河市政府采购电子交易系统”下载磋商文件，方可参加投标。凡未按本公告规定下载磋商文件的，投标无效。

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026年09月23日09时00分（北京时间）

2. 地点：通过互联网使用CA数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密电子响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收。

五、响应文件开启

1. 时间：2026年09月23日09时00分（北京时间）

2. 地点：供应商自行选择地点登录漯河市公共资源交易信息网远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加远程不见面开标会。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为（<https://ggzy.luohel.gov.cn/>），投标人无需到漯河市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。采购人或代理机构和所有投标人应当在响应文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

2. 供应商的响应文件中涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、证书等内容，应在企业信息库中进行了上传登记并及时对企业信息库的相关内容进行补充、更新。

3. “企业注册和CA数字证书认证办理”及“远程不见面开标”的具体事宜请查阅漯河市公共资源交易信息网“下载中心”专区的相关说明。

4. 本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上同时发布，其他网站转载只供参考，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

5. 代理费用的收取

（1）收取方式：由成交供应商支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

（2）收取标准：参照河南省招标投标协会（豫招协〔2023〕002）文规定的计费方式，收取招标代理服务费。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：漯河市立医院

地 址：漯河市郾城区海河路西段

联 系 人：崔先生

联系电话：0395-6182818

2. 采购代理机构信息

名 称：河南新通工程管理咨询有限公司

地 址：河南省漯河市郾城区嵩山西支路昌建金融大厦12楼1205号

联 系 人：夏先生

联系电话：15188421657

3. 项目联系方式

项目联系人：夏先生

联系电话：15188421657

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名 称：漯河市立医院 地 址：漯河市郾城区海河路西段 联 系 人：崔先生 联系电话：0395-6182818
1.1.3	采购代理机构	名 称：河南新通工程管理咨询有限公司 地 址：河南省漯河市郾城区嵩山西支路昌建金融大厦12楼1205号 联 系 人：夏先生 联系电话：15188421657
1.2.1	项目名称	漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目
1.2.2	资金来源	自筹资金
1.2.3	落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	漯河市立医院心电一张网平台系统采购项目（具体内容详见第四章采购需求及技术要求）
1.3.2	质量要求	达到国家、行业质量验收规范合格标准并满足采购人需求。
1.3.3	供货期	自合同签订之日起30日历天
1.3.4	供货安装地点	采购人指定地点
1.3.5	质保期	3年
1.3.6	合同履行期限	同供货期
1.4.1	响应人资格条件	详见第一章竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”
1.5	是否接受联合体投标	不接受
1.7	现场考察及答疑会	不组织

2.2.1	采购人澄清或修改磋商文件的时间	提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“漯河市公共资源交易信息网(https://ggzy.luohe.gov.cn/)”进行公布，不再另行通知，请各响应人及时关注交易平台，因响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担。
2.2.2	供应商提出问题（或疑问）的时间	提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“漯河市公共资源交易信息网(https://ggzy.luohe.gov.cn/)”政府采购交易系统中“询问与质疑”栏目中提交书面疑问材料并同步电话告知采购代理机构；未按上述渠道、时限、方式提出疑问的，采购人及采购代理机构不承担由此产生的一切不利后果。
3.5.1	投标承诺函	投标承诺函按照磋商文件要求的格式完成承诺，其作为供应商响应文件的组成部分。投标承诺函具有法律约束力，违背相关承诺的响应人，采购人将追究其法律责任。
3.6.1	磋商有效期	递交响应文件截止之日起 60 日历天
3.7.3	签字或盖章要求	1、响应文件相应要求盖章处用 CA 锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 3、响应文件除授权委托书的其他位置，应根据磋商文件中第五章磋商响应文件格式中要求由供应商法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。
4.1	响应文件的递交	网上递交：供应商应当在递交响应文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收。
4.2.1	递交响应文件截止时间	2026年09月23日09时00分（北京时间）；
5.1	磋商时间和地点	磋商时间：同递交响应文件的截止时间 磋商地点：响应人自行选择任意地点参加远程开标会。
6.1.1	磋商小组的构成	磋商小组构成：评审专家3人，（采购人代表1人、专家抽取2人）。 磋商小组专家确定方式：除采购人代表外其他评审专家开

		标前依法从河南省政府采购专家库中随机抽取。
6.5.1	是否授权磋商小组确定 成交人	否， 由磋商小组推荐 <u>3</u> 名成交候选人。
6.1.3	本项目采用评分办法	综合评分法
6.6.3	成交公告发布媒体及 期限	成交公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为 1 个工作日。
10	需要补充的其他内容	
10.1	最高限价	本项 目设最高限价，最高限价： 壹佰壹拾万元整（小写： 1100000.00元）。 注：若供应商的报价超过最高限价按无效标处理。
10.2	开标方式	本项目实行远程不见面开标，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。供应商代表还需要携带加密电子投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成签到、投标文件解密等。
10.3	同义词语	构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在磋商投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。
10.4	代理服务费	（1）收取方式： 由成交供应商支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。 （2）收取标准： 参照河南省招标投标协会（豫招协〔2023〕 002）文规定的计费方式，收取招标代理服务费。
10.5	核实信用承诺函	采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条，七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一

		至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。
10.6	解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评分办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释
10.7	采购标的对应的中小企业划型标准所属行业	本项目所属行业为工业。
10.8	其他	本磋商文件最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 杜绝围标串标等违纪违规违法行为，一旦投标人被认定存在围标串标等违纪违规违法行为，其中标结果无效，已签订合同的，合同自始无效，需依法解除合同关系。
10.9	1.1 本项目实施电子评标。 1.2 开标会议因网络、系统等不可抗力原因导致开评标系统未下载获取到投标单位上传的已加密响应文件，投标单位可以提供与上传已加密响应文件同 ID 的未加密响应文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致解密失败时使用），由招标代理授权后自行导入到开评标系统，投标单位不能提供或者提供与上传已加密响应文件非同 ID 的，导致不能导入响应文件的，自行承担不能参与后续开评标活动的后果。 1.3 投标人在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，由于个人保管或使用CA锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败，投标人自行承担不能参与后续开评标活动的后果。 1.4 投标人提供的电子响应文件没有使用本项目规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站下载中心下载）编制响应文件，由此产生的解密失败等一切后果	

	自行承担。 1.5 注意事项：关于 CA 锁 PIN 码，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入错误口令过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入或解密电子响应文件的，由投标人负责。 特别提醒： 因本项目采用电子开标模式，特别说明如下： 2.1 开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2.2 本项目采购文件和响应文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人响应文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子响应文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。 2.3 投标人通过网上招投标平台递交的电子响应文件为评标依据，投标人使用工具制作电子响应文件时生成二个文件，一个是已加密响应文件，用于上传到网上；另一个即为未加密响应文件，作为备用响应文件（仅在技术人员确认为非投标人原因导致解密失败时使用）。 2.4 响应文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入开标大厅进行在线签到。 2.5 未在响应文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。 2.6 响应文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人按规定时间实施解密（投标人解密方法详见操作手册），因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 2.7 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密响应文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。 2.8 开评标全过程中，各投标人参与交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投
--	---

	标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 2.9 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在响应文件编制完成后尽早完成上传。 2.10 交易中心工作时间 上午 9：00—12：00 下午 13：30— 17：00 CA 锁办理、延期相关事宜：0395-2969901 漯河平台技术服务电话：0395-2961908 漯河平台技术服务电话：13939506901 漯河平台技术服务电话：13939506152 QQ 群：465366072
--	---

1. 总则

1.1 定义

1.1.1 竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1.1.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

1.1.3 采购代理机构：是指在采购人的委托范围内办理政府采购事宜

1.1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2. 项目名称、资金来源和落实情况

1.2.1 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、供货期、供货安装地点、质保期、合同履行期限

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.3 供货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 供货安装地点：见供应商须知前附表。

1.3.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.6 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 合格的供应商

1.4.1 合格的供应商应满足条件详见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 被责令停业的；
- (2) 被暂停或取消投标资格的；
- (3) 财产被接管或冻结的；
- (4) 其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.5 联合体供应商（本项目不适用）

1.5.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

1.5.2 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.5.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级（如有要求）；

1.5.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

1.5.5 牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次磋商相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过供应商须知前附表规定的家数；

1.5.6 通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

1.6 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，供应商须知前附表中所述的采购人或采购机构均无义务和责任承担这些费用。

1.7 现场考察及答疑会（本项目不适用）

1.7.1 现场考察及答疑会不统一组织，供应商有疑问以书面形式至采购代理机构。

1.7.2 供应商参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失等一切责任。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的编制依据与构成

2.1.1 磋商文件由下列章节组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评分办法

第四章 采购需求及技术要求

第五章 响应文件格式

第六章 政府采购合同文本

2.1.2 磋商文件以中文文字编写。供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和磋商内容及要求等，并按照磋商文件的要求编制响应文件。若供应商不按照磋商文件要求编制响应文件，由此产生的风险和责任将由供应商自己承担。

2.2 磋商文件的澄清、修改

2.2.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在“漯河市公共资源交易信息网（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）”进行公布（不再另行通知）；不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2 如供应商对磋商文件内容有疑义，需在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“漯河市公共资源交易信息网(<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”政府采购交易系统中“询问与质疑”栏目中提交书面疑问材料并同步电话告知采购代理机构；未按上述渠道、时限、方式提出疑问的，采购人及采购代理机构不承担由此产生的一切不利后果。

3. 响应文件的编制

3.1 磋商的语言与计量

3.1.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均以中文文字书写。供应商提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以翻译文本为准。

3.1.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 响应文件的编写

供应商应按照第五章磋商响应文件格式完整地填写响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.3 响应报价

3.3.1 供应商的报价包括所有应当由供应商承担的费用。

3.3.2 响应报价以人民币为计量币种报价。

3.3.3 本项目为总价包干，包含设备、运输、安装、调试、培训、税费、质保期服务等所有费用。

3.4 资格审查资料

详见第一章竞争性磋商公告第二条“申请人的资格要求”。

3.5 投标承诺函

3.5.1 投标承诺函按照磋商文件要求的格式完成承诺，其作为供应商响应文件的组成部分。投标承诺函具有法律约束力，违背相关承诺的响应人，采购人将依法追究其法律责任。

3.6 磋商有效期

3.6.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人在“漯河市公共资源交易信息网(<https://ggzy.luohe.gov.cn/>)”进行公布。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关采购范围、合同履行期限、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人按响应文件格式要求签字或盖章并盖单位公章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件应编制目录。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

供应商通过网上招投标平台递交的电子响应文件为评标依据，供应商使用漯河市公共资源交易公共服务平台上下载的工具制作电子响应文件时生成二个文件，一个是已加密响应文件，用于上传到网上；另一个即为未加密响应文件，作为备用响应文件（仅在技术人员确认为非供应商原因导致解密失败时使用）。

4.2 递交截止时间

4.2.1 供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录“漯河市政府采购电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密电子响应文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的响应文件，采购人将拒收；

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件应按照本章第3.7.3款的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。

5. 磋商会议

5.1 磋商时间和地点

本项目采用“远程不见面开标”方式，采购人或代理机构和所有响应人应当在响应文件递交截止时间前，登录（<https://ggzy.luohe.gov.cn/>）进行在线签到，准时参加开标活动。供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。

5.2 磋商程序

5.2.1 宣布开标纪律；

5.2.2 公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

5.2.3 供应商解密其响应文件；

5.2.4 设有最高限价；

5.2.5 公布唱标信息；

5.2.6 点击“开标结束”。

6. 评审

6.1 磋商小组和评审方法

6.1.1 磋商和评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的组成详见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

6.1.3 磋商小组将首先按照本须知第 6.2 款对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第 6.3 款和第 6.4 款对应的磋商和评审程序进行磋商和评审。

6.1.4 在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对响应报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.1.5 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.2 评审程序

6.2.1 响应文件的初审包含资格评审和符合性评审。具体的评审因素见第三章评分办法。

6.2.2 没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合理要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

- (1) 不同供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (2) 响应文件未按磋商文件的要求签署的；
- (3) 供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；
- (4) 同一供应商首次提交两个以上不同的方案或者响应报价的；
- (5) 供应商的投标承诺函形式和内容不符合磋商文件要求的；
- (6) 响应报价高于磋商文件设定的招标控制价（或最高限价）的；
- (7) 响应文件附有采购人不能接受的条件。

6.2.3 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章。由授权代表签字（或盖章）的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.2.4 算术更正：响应文件报价出现前后不一致的，评审委员会按以下规定对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（一）响应文件中磋商函附录内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商函附录为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商函附录的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

6.3 磋商事项

6.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、质量要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。

6.3.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。由授权代表签字（或盖章）的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字（或盖章）并附身份证明。

6.3.4 最后报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、质量要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。【注：1、最后报价不得超出最高限价；2、最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。原则上磋商现场只进行一次二轮报价，如遇特殊情况，根据磋商现场情况经磋商小组讨论研究，可进行多轮报价。

2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、质量要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条（一）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、（四）市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

注：财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）相关规定：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4、二次报价注意事项：（1）磋商小组将要求所有通过初步评审的供应商在规定的时间内同时进行报价（二次报价），即最后报价。【注：1、最后报价不得超出采购人最高限价；2、最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】。（2）由磋商小组发起开始二次报价（系统短信通知），供应商需要及时查收二次报价短信通知，确保在倒计时结束时间前完成二次报价，否则视为无效投标。

6.4 比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.5 推荐成交候选供应商名单

6.5.1 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本须知第6.3.4项第三款情况的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术标优劣顺序推荐。

6.5.2 评审报告将由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.6 成交供应商

6.6.1 采购代理机构将在评审结束后当天将评审报告送采购人确认。

6.6.2 采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

6.6.3 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后1个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

7. 合同授予

7.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起 2 日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交供应商应予以赔偿。

7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照相关法律法规规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条（四）市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124 号规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

7.5 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

8. 纪律和监督

8.1 采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商活动，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

8.2 参与磋商活动的供应商应对磋商文件和响应文件中的涉及国家秘密和商业秘密进行保密，未经采购人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

8.3 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

9. 质疑投诉

9.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，有权按规定的程序在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内实名向采购人、

采购代理机构提出质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

9.2 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

9.3 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和 投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

10. 需要补充的其他内容

详见供应商须知前附表。

第三章 评分办法

评分办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1 资格评审标准	营业执照	具有有效的营业执照
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函）	供应商需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见“第五章 响应文件格式”中附件。
	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供承诺书】
2.1.2 符合性评审标准	供应商名称	与供应商公章一致
	响应文件签字盖章	1、响应文件相应要求盖章处用CA 锁进行电子签章。 2、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。 3、响应文件除授权委托书的其他位置，应根据磋商文件中第五章响应文件格式中要求由供应商法定代表人或授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章。
	响应文件格式	符合磋商文件“第五章 响应文件格式”的要求
	质量要求	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定
	供货期	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定
	供货安装地点	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定
	质保期	符合第二章“供应商须知”第1.3.5项规定
	合同履行期限	符合第二章“供应商须知”第1.3.6项规定
	磋商有效期	递交响应文件截止之日起 60 日历天
	报价唯一	只能有一个有效报价

	响应报价	响应人的响应报价不得超出最高限价
	投标承诺函	符合第二章“供应商须知前附表”第 3.5.1 项规定
	其他投标无效的情形	不存在实质性不响应响应文件的其他条款
其他投标无效的情形： 1. 未通过资格审查、符合性评审的供应商，其响应文件无效。 2. 供应商未按照采购人最后发出的电子采购文件和变更通知编制响应文件的，评标委员会应当否决其投标。 3. 供应商在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，由于个人保管或使用CA锁不当而导致响应文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子响应文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标。 4. 响应文件中发现硬盘序列号或预算软件加密锁编号（包括盗版软件）一致的，评标委员会有权否决其投标。 5. 其他供应商有违法违规、串通投标行为的，评标委员会应当否决其投标。 6. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		
2.2	分值构成 (总分 100 分)	报价部分：30 分 技术部分：65 分 综合部分：5 分
条款号	评分因素	评分标准
	评标基准值计算方法： 1. 若供应商报价超过最高限价按无效标处理。2. 以评标价和评标基准值相比，依据评分标准确定供应商报价得分。3. 评标基准值：满足磋商文件要求，通过初步评审且最终报价为最低价格的评标价为评标基准值 4. 落实政府采购政策： a. 根据财库【2022】19号文，供应商投标的产品全部为小型或微型企业生产的且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，则给予该供应商报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供声明函。b. 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的	

2.2.2 (1) 报价部分 (30分)	通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。注：同一供应商，小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。评标价=最后报价-小微（监狱/残疾人福利性）企业产品报价*10%报价得分=（评标基准值/评标价）×30分 注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的按照财库【2026】2号文（详见附件）启动异常低价响应审查程序，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。 异常低价 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； B.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； C.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价（采购项目最高限价×45%； D.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会应当要求出现异常低价情况的供应商在规定期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审委员会取得一致意见后，可拒绝该报价。		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="451 1771 687 1995"> 技术参数（25分） </td><td data-bbox="687 1771 1383 1995"> 投标产品技术参数符合磋商文件要求，全部满足的得25分；标★为重要参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止；非标★项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止；缺项得0分扣完为止。 </td></tr> </table>	技术参数（25分）	投标产品技术参数符合磋商文件要求，全部满足的得25分；标★为重要参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止；非标★项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止；缺项得0分扣完为止。
技术参数（25分）	投标产品技术参数符合磋商文件要求，全部满足的得25分；标★为重要参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止；非标★项每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止；缺项得0分扣完为止。		

2.2.2 (2) 技术部分 (65分)	项目实施方案 (5分)	投标人根据招标文件项目实施方案要求提供本项目实施方案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5 分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3 分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 1 分；不提供不得分。
	项目培训方案 (5分)	投标人根据招标文件项目培训方案要求提供本项目培训方案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5 分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3 分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 1 分；不提供不得分。
	应急预案 (5分)	投标人根据招标文件项目应急预案要求提供本项目应急预案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5 分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3 分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 1 分；不提供不得分。
	安全保障方案 (5分)	投标人根据招标文件安全保障方案要求提供本项目的安全保障方案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5 分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3 分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 1 分；不提供不得分。

	风险管理方案 (5分)	投标人根据招标文件项目风险管理方案要求提供本项目的项目风险管理方案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3 分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得1分；不提供不得分。
	安装调试服务方案 (5分)	投标人根据招标文件要求提供设备安装调试服务方案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得 1分；不提供不得分。
	备品备件计划 (5分)	投标人根据招标文件要求提供设备后续运行的正常、持续、稳定性配备有充足的部件、材料和配件及替换产品等方案。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3 分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得1分；不提供不得分。
	售后服务 (5分)	投标人提供售后服务方案，包括：产品交付后提供的售后服务的具体内容；保证售后服务质量的具体措施；设备维修工作标准化、规范化的具体措施；实施售后服务的具体流程。 (1) 内容详实全面、具体、科学、有针对性，切实可行的得 5 分； (2) 内容不详实、缺少针对性，可行性有缺陷的得 3分； (3) 内容只有简单描述、没有可行性，实施困难的得1分；不提供不得分。

2.2.2 (3) 综合部分 (5分)	项目团队 (5分)	为保障项目实施质量，投标人项目实施团队应配置专业技术人员，并提供所配置专业技术人员的相关证明材料。 1. 项目实施团队配置的项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格高级证书的得 2分。 2. 其他项目组成员中每配置一名具备计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书的得 1 分，本项最多得 3分。 否则不予计分。 注：同一技术人员具备不同类证书的不重复计分。以上人员须在投标文件中提供其证书原件扫描件或图片。
注： 多家供应商提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审委员会按照报价得分最高的确定推荐中标候选人。		

1. 磋商方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件要求的响应文件，按照本章第2款规定的评审标准进行评审，按评审办法的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选供应商排名。评审得分相同的，按照最后响应报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表

2.3 澄清有关问题

2.3.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表人签字（或盖章），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表人签字（或盖章）或者加盖公章。

2.4 比较与评价

2.4.1 按磋商文件中规定的评审方法和标准，对通过初步评审的响应文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

2.4.2 磋商小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

2.4.3 汇总全体磋商小组对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分；

2.4.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 采购人或采购代理机构依据本章第 2.1.1 款规定的标准对响应文件进行资格评审。有一项 不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 磋商小组依据本章第 2.1.2 款规定的标准对各响应人的响应文件按照评审因素进行符合性 评审，符合性评审不合格的响应人的响应文件作废标处理，不得进入第二轮报价。

3.1.3 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
- (3) 未响应磋商文件要求的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章 2.2.2 (1) 规定的评审因素和分值对（报价部分）计算出得分 A ；
- (2) 按本章 2.2.2 (2) 规定的评审因素和分值对（技术部分）计算出得分 B ；
- (3) 按本章 2.2.2 (3) 规定的评审因素和分值对（综合部分）计算出得分 C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

供应商得分 $A + B + C$ 。

3.2.2 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标不作为中标候选人推荐。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 所有评委打分分值的算术平均值即为该供应商的最终得分。计分过程取至小数点后三位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 采购需求及技术要求

心电一张网技术参数

序号	
前置条款	如不满足直接废标
前置1	心电系统建设须遵循国家卫健委发布的《远程医疗信息系统基本功能规范》等相关行业标准。
前置2	心电采集设备须符合GB 9706.227-2021《医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求》等国家强制性安全标准。
前置3	数据安全需符合《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》等政策要求，确保网络与数据安全
(一)	系统平台要求
1.1	心电管理系统获得二类医疗器械注册证。
1.2	系统获得IHE证书，提供IHE中国测试后通过的采集设备和软件系统信息交互与集成性能认证证书
1.3	软件获得FDA、CE认证，获得软件著作权证书、生产许可证
1.4	系统获得信创产品评估认证，支持国产操作系统、国产数据库（提供国产操作系统、国产数据库兼容测试认证报告复印件）
1.5★	系统采用BS/CS混合架构，充分利用不同架构的优势，提升系统稳定性和交互性（提供软件功能截图）
2	系统支持：公有云，私有云，等多种性质的服务器环境
2.1	能同时接收固定心电图机、移动心电图机等终端设备发送的心电图数据，并提供心电资料的存储；
2.2	系统支持本科检查单提取病人信息，自动存储在待采集数据库里
2.3	支持采集时间顺序排列，急诊优先系统能够提示急诊病人、急诊数据能以不同颜色和其他数据区分开来。
2.4	支持同一份心电图异地做二次诊断
2.5	支持按照申请时间、登记时间、检查时间、诊断时间、审核时间检索申请单。（提供软件截图）
2.6	支持心电信号质量检测，通过弹窗和颜色提醒，方便医生了解导联连接状况。
3	系统具备优秀的操作体验，支持个性化UI风格、字体大小、主题颜色等自定义配置，满足用户个性化需求
4★	系统支持三级或三级组织结构设置，满足县乡村一张网三级组织结构的机构管理；（提供系统内截图证明）
5	系统对数据采集、数据追溯、问题定位等应用提供技术支撑，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理
6	能够与医院现有的信息系统包括但不限于集成平台（如HIS、PACS、EMR、体检、电子病历等）及CA、院前急救、患者360进行对接和数据交互，支持≥7种对接方式，至少不限于包括：视图、表、存储过程、Webservice、API、DICOM、HL7等
7	支持灵活的第三方数据对接方式，可以快速实现同常见医疗卫生信息系统软件进行数据交换和信息共享，能够与现有HIS、PACS、EMR等主要系统实现无缝连接，支持第三方设备开放的HL7、DICOM等标准心电格式数据的信息接入。
8★	系统提供多样化的消息提醒，包括弹窗、语音提醒等，并支持历史消息查看、查询，便于信息追溯；（提供系统内截图证明）

9	为满足医院业务扩展系统需能同时支持静息心电、动态心电和动态血压业务数据存储、分析、诊断和管理；
10★	支持第三方电生理设备如脑电、肌电、肺功能等电生理设备的报告规范化接入归档。
11	支持选择已采集的病例生成分享二维码，通过手机扫码即可打开波形原始数据查看分析（提供软件功能截图）
12	避免因检查端与诊断端时间不一致，系统应具备时间同步管理机制，支持一体化设备、客户端与服务器自动保持时间同步，
13	提供的常用功能接口控制开关，如智能诊断、第三方接口调用、确费接口、可自由控制相关功能使用。（提供系统截图证明）
14	完善的日志管理，实时记录用户登录、操作日志，保证操作数据的可追溯
15	保障服务的及时性，平台本身集成系统运行的实时服务监控功能
16	为保障数据安全不丢失，在利用的磁盘容量达到最大容量时，数据不会丢失；部署的服务器断电，重新开启服务器后，数据不会丢失（提供系统内截图证明）
17	用户登录界面支持用户名+密码登录，支持CA登录、扫码登录等多种身份认证机制，确保身份的唯一性和安全性。
18	PC诊断端集成AI智能诊断（品牌自研、DeepSeek、CHATGPT等AI工具均可），支持及时调用及信息查询（提供完整软件截图证明）
19	满足信息安全等级保护三级标准进行建设要求，具有信息安全三级等保证书
20	满足电子病历系统应用水平五级评价及以上功能、互联互通成熟度二甲的功能评定，持续协助医院做好每年五级电子病历的数据质量提取及互联互通成熟度二甲的功能评定。
21	支持与市级或区域医疗健康信息平台、智慧急救平台进行对接，实现心电数据在更大范围内的授权共享与业务协同。

(二)	心电网络软件配置标准
1	硬件内存：心电网络中心系统需要：运行内存≥32GB，保障波形加载、多任务并发运行流畅，电脑显示器32寸，利于判读图形。
2	传输能力：支持断点续传、离线缓存，适配网络中断场景。
3	院内系统对接：可通过条码 / NFC 读取 HIS 申请单，自动匹配患者信息；支持离线采集本地缓存，联网后自动续传数据。
4	危急值闭环预警：系统自动标记急性心梗、室速、室颤、三度房室传导阻滞等高风险波形；严格执行 5 分钟评估、10 分钟审核的处置闭环时限。
5	报告合规输出：支持 PDF、SCP、DICOM、XML、JPG 多格式导出；可实现电子手写签名、CA 数字签名，满足医疗档案合规归档要求。
6	全域可视化监管大屏：实时监测基层网点设备在线状态、危急值处置进度、报告出具时效，支撑区域医疗质控、绩效考核与卫健部门监管。
7	全域数据互联互通：打通县、乡、村三级医疗机构数据库，支持患者跨机构、跨区域检查数据统一调取查阅，减少重复检查。

8	APP：移动端支持心电波形精准测量、报告编辑、电子双签名签署，支持专家移动办公、随时审核会诊。
9	传输能力：支持断点续传、离线缓存，适配网络中断场景。
9	时限配置：普通心电30分钟内出报告、危急心电10分钟内响应诊断；
10	设备运维：心电图机定期校准提醒、终端在线离线状态巡检；自动告警：服务器宕机、网点断网、上传失败、License过期短信告警。
11	心电网络中心需要配置显示大屏及9台电脑

(三)	病历管理要求
1	支持集中显示静息心电数据列表，可对数据进行检索、诊断、收藏、打印、作废等操作
2	支持通过上传时间、患者编号、姓名、检查组织、检查时间、检查项目、性别、诊断医生、诊断时间、审核医生、审核时间、诊断报告来检索
3	支持批量病例数据操作；批量进行审核；批量进行打印；批量导出列表中的数据
4	防止病例重复诊断操作；支持病例锁定与解锁功能；
5	支持自定义患者列表显示项，通过选择配置，根据个人习惯自定义列表显示表头及显示数据项；
6	支持个人通过按钮进行个人病例档案的收藏；
7	支持在登记患者信息时临床症状及用药情况记录，供诊断医生参考
8	为满足基础心电18导检测业务，系统支持12导联合并18导联报告；
9	支持胸痛，危急值预警等患者报告置顶功能，针对紧急病人设置优先诊断，通过语言提示与醒目颜色标准提醒；（提供完整软件截图证明）
10	对胸痛患者，在录入时可以勾选胸痛，自动启动胸痛紧急优先流程，诊断医生可以收到胸痛患者到达提醒，便于优先处理；系统可针对特殊患者做优先处理，例如：在患者信息勾选为胸痛后，诊断端可以接收到胸痛病例到达的通知（提供软件功能截图）
11	支持动态心电、动态血压二合一分析，在同一分析界面可以同时查看心电、血压数据，通过点击血压数据可以快速定位到对应时间点的心电数据，便于心电血压关联分析（提供软件功能截图）
12	系统具备危急值闭环管理，经诊断医生确认的危急，可推送危急信息至临床提醒关注。（提供软件功能截图）
13	系具备采集质量智能分析功能，可对心电图采集质量进行自动评判，至少包括：优秀，良好，差等等级判定，并可对系统智能评判结果进行调整，满足临床对心电采集质量的管理需求。（提供软件功能截图）
14	具备多维度的质控统计分析，至少包括：数据质控、时间质控、报告质控，可输出质控报告，科室根据质控报告及时发现问题，解决问题，促进科室质控管理高质量发展（提供具有质控统计功能描述的检验报告证明）
(四)	病历诊断分析
1	"提供丰富的测量分析值显示、打印，基本测量值至少包括HR、P时限、PR间期、QRS时限QT/QTc间期、P/QRS T电轴、RV5/SV1振幅
2	提供≥5种QTc计算公式，以适应临床针对心率、种族、性别等因素选择合适的QT校正公式。

3	提供多项算法自定义设置，至少包括心动过速、心动过缓，满足医院本地化人群特性设置。
4	提供多种分析工具，至少包括：梯形图生成技术、平均模板分析、单心搏分析等，以辅助医生分析诊断。（提供系统内截图证明）
5	支持诊断参数，结论修改历史记录查看
6	为满足科室各项业务开展需求，系统支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异等高级分析诊断功能，并打印对应报告
7	为方便医生分析测量，系统应提供可以同时获取间期、振幅、心率等信息的测量工具
8	为方便医生判断，当心率大于心动过速判断上限及小于心动过速判断下限时，心率值应以标红加粗等方式提醒
9	为方便医生对配戴起搏器的病人进行精准分析，软件应支持起搏分析，并显标识起搏信号
10	为提高医生工作效率，系统应具备自动预诊断及高级功能分析自动预诊断。
11	为提高医生书写速度，系统应满足但不限于记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、附带常用符号小键盘等快捷录入方法。
12	为便于医生在书写报告时规范、标准、灵活、快捷简便，系统应提供但不限于：心电常用诊断模板、心电常用诊断术语、诊断术语库可自定义修改等应用。
13	支持公共术语库模板和个人术语库模板自定义维护
14★	为减轻医生负担，系统应支持电极反转，且支持反转后的数据重新分析，导联接错不需要重采集。（提供软件功能截图）
15	为减少人工分析的时间，系统应具备：重新诊断
16	系统支持同一病人历史检查同屏调阅与对比。
17	波形分析界面支持包括纵向和横向模式等多种排版设置，支持波形、网格、背景颜色设置满足不同用户个性化需求。
18	提供多种打印报告模板，具有 ≥ 10 种的报告格式，并支持节律导联报告的打印。
19	提供心电图报告自定义设置，生成的报告可以支持诊断医生电子签名和手写电子签名
20	长期存储要求：原始心电波形 + 诊断报告保存期限不少于 15 年，满足医疗纠纷取证、病案管理相关法规要求。
21	双行业标准格式：同时兼容 DICOM-ECG、SCP-ECG 格式存储，保障不同品牌、不同医疗机构设备之间数据互通。
22	多重备份策略：执行每日全量备份 + 增量实时备份 + 异地容灾备份，其中异地容灾备份为区域中心建设必备项

(五)	危急值及质控管理
1	支持危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能。
2	系统具备危急值闭环管理，经诊断医生确认的危急，可推送危急信息至临床医生提醒关注。
2.1	报告多级闭环审核：心电报告需执行初审、复审多级审核机制，未经审核签发的报告不得归档及临床调用。
2.2	五级权限分级隔离：针对采集护士、诊断医师、临床医生、管理员、质控员设置独立角色与权限，做到权责分离。
2.3	三级质控体系：包含采集质控、初判质控、医师审核质控全环节，全程操作日志留痕可追溯。
3	支持智能分析对危急值自动识别；采用弹窗、语音、置顶等不同方式提醒医生优先诊断
4	可从检查类型，数据采集，报告诊断，超时提醒，统计分析，生成质控报告等全流程质控管理
5	支持质控指标灵活配置；根据医院业务与规模灵活配置质控标准，指导持续改进(提供软件功能截图)
6	对于质控病例可进行专项管理，方便质控病例查询，调取，导出等相关操作；
7	支持报告诊断超时提醒，可根据配置超时提醒时间，避免紧急申请单的延误诊断，符合时间质控管理要求，可在病例列表通过重点颜色显示超时病例；
8	支持根据自定义时间自动根据上传时效、诊断时效、审核时效生成统计报表；支持数据详情查看；支持单数据时间抽显查看。(提供软件功能截图)
9	支持自定义报告质控模板抽取标准，自动抽取报告样本；根据抽取报告自动生成质控报告。(提供软件功能截图)

(六)	数字式多道心电图机 (150台)
1	技术性能
1.1	ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集；导联选择：支持标准十二导联、Cabrera导联体系
1.2	输入阻抗： $\geq 50M\Omega$
1.3	频率响应：0.05-150Hz (-3dB)；
1.4	纸速：12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (已具备)；5mm/s, 10mm/s (可添加)
1.5	耐极化电压： $\pm 300mV$
1.6	内部噪声： $\leq 20\mu V_{p-p}$
1.7	时间常数： $\geq 3.5s$ ；
1.8	共模抑制比： $\geq 60dB$
1.9	A/D转换：24bit
1.10	采样频率：500Hz/通道；
1.11	增益选择：5、10、20mm/mV $\pm 3\%$ ，自动
1.12	心电采集中可实时显示心率、导联脱落提示；
	心电采集支持多种同步显示格式：12 x 1、6 x 2、
	数据传输：支持 USB 有线或者蓝牙无线双通道可选数据传输模式；
	支持心电起搏检测；
1.13	记录时长：实时记录时长固定10s，节律60s，手动不限。
2、	采集与诊断
2.1	患者信息录入：具备编号、姓、名、性别、年龄、体重、身高、科室、床号等输入；具备先采集波形，后补病人信息功能；
2.2	输入法：中英文输入及操作提示，中文输入支持拼音输入法；
2.3	显示：同屏显示12道心电波形；显示内容包含波形、心率、导联、纸速、增益、时间、电池电量提示信息提示区、患者信息等；具备屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断；
2.4	采集方式：具备预采集、实时采集等采集方式；
2.5	具有手动、自动、节律采集一键切换按键，减少医生频繁设置步骤，提高工作效率；
2.6	分析功能：可根据患者年龄、性别进行特异性分析
2.7	可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断；
2.8	导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能
2.9	导联放置指示：具备导联放置指示，方便护士及实习医生使用；
2.10	自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能；可准确判定接触不良的电极并予以指示；
3、	病例管理
3.1	病例查询：可通过患者编号、姓名等查询条件进行病例快速筛选，方便医生随时调阅病例报告；
3.2	病例浏览：具备已保存病例的浏览和波形打印；
3.3	病例编辑：具备病例重新编辑功能；

3.4	病例传输：支持单条、多条病例的导出，上传至服务器；
4、	存储与打印
4.1	内置存储：设备内置存储器，本机10s常规心电报告可存储 ≥ 5000 份；
4.2	外置扩展：支持外接U盘扩展存储空间；
4.3	无纸化：支持无纸化存储功能，可提高工作效率，节约打印成本；
4.4	支持A4纸打印或热敏打印：其中热敏打印需具备多轴联动热敏打印机技术，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地），能平滑清晰地记录每一份心电报告；
4.5	打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印；
5、	接口与网络传输
5.1	联网方式：支持有线或无线WiFi联网功能（同时支持2.4G/5G频段信号）；3年内使用有线传输产生的流量费用由供货企业承担
5.2	输出格式：可以直接输出PNG\PDF\JPG\XML等格式，满足医院联网需求；
5.3	报告传输：具有心电病例本机上传心电网络功能；
5.4	传输协议：支持HTTP文件传输协议；

(七)	十八导心电图机技术参数（50台）
1	基本要求
1.1	本机须具备心电信号采集无线传输功能。
1.2	同屏显示，支持9/12/15/18导心电图采集
1.3	显示屏 ≥ 10 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作
1.4	支持诊断报告在设备上编辑修改
1.5	采样率： ≥ 35000 Hz/秒/通道
1.6	支持有线和无线联网，实现疑难病例远程诊断
★1.7	支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告
1.8	支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式
1.9	支持FTP、HTTP传输协议
	频率响应：0.01Hz—350Hz
	耐极化电压： $\geq \pm 900$ mV（ $\pm 5\%$ ）
	共模抑制比： ≥ 130 dB
	外部接口：USB接口，网线插口
	内置4G卡槽，支持全网通
2	性能要求
2.1	A/D转换：24bit。
★2.2	采样率： ≥ 60000 Hz（提供注册检验报告截图证明）
2.3	频率响应：0.01Hz ~ 500Hz。（提供注册检验报告截图证明）
2.4	内部噪声： ≤ 12.5 μVp-p。

2.5	时间常数： $\geq 10s$
★2.6	耐极化电压： $\pm 900mV$ （ $\pm 5\%$ ）。（提供注册检验报告截图证明）
2.7	抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。
2.8	具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。
2.9	除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能
3	功能要求
3.1	ECG输入通道：标准18/12导联心电信号采集。
3.2	导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。
3.3	采集时间设置：波形实时采集时长 $\geq 60s$ ，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。
3.4	支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。
3.5	可同屏显示18/12导心电波形
3.6	屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息等。
3.7	自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、高频信号干扰情况进行实时监测报警。
3.8	支持起搏检测功能。
3.9	具备平均模板功能。
3.10	本机支持外接激光打印机。
3.11	设备内置存储器，本机可存储病历 ≥ 20000 例，存储满后机器可循环存储。
3.12	支持U盘、SD卡的扩容存储
3.13	支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。
3.14	支持波形冻结与波形浏览功能。
3.15	支持报告打印预览功能。
3.16	具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。
3.17	支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。
3.18	支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。

3.19	权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。
3.20	支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率。
3.21	支持在屏查看导联信号质量波形，方便判断心电图干扰情况
4	电源
	交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作 ≥ 4 小时以上。

第五章 响应文件格式

_____（项目名称）

响应文件

项目编号：

响应人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、磋商函
- 二、磋商函附录
- 三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
- 四、资格审查资料
- 五、货物分项报价一览表
- 六、技术偏离表
- 七、技术部分
- 八、综合部分
- 九、投标承诺函
- 十、供应商认为需要提交的其他证明资料
- 十一、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）
- 十二、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品
- 十三、河南省政府采购合同融资政策告知函

提示： 以上目录须标明页码

一、磋商函

致：_____（采购人名称）

我方已仔细研究_____（项目名称）磋商文件所有内容，决定参加_____（项目名称）投标。我们郑重声明以下诸点并负法律责任，现正式提交下述文件，并对之负法律责任。

1、愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求，以响应报价为：（大写：_____）（小写：_____）合同履行期限_____（按竞争性磋商文件规定），服务质量：_____（按竞争性磋商文件规定参加磋商。明细见“磋商函附录”。）

2、如果我们的磋商文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

3、我们同意按竞争性磋商文件中的规定，本竞争性磋商文件的有效期为磋商截止之日起 60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。如我方未中标，贵机构有权不做任何解释。

6、我们已经详细审核了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按照豫招协【2023】002号文规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

响应人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联系人：_____

地址：_____

电话：_____

日期：_____年_____月_____日

二、磋商函附录

项目名称				
响应人名称				
首次响应报价 (总价, 元) 单位均为人民币	大写: _____; 小写: _____元。			
质量要求				
供货期				
供货安装地点				
质保期				
合同履行期限				
磋商有效期				
项目负责人	姓名		联系电话	
备注				

响应人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（响应人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件。

响应人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____ 年_____ 月_____ 日

（二）法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托书代理人身份证复印件

响应人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日期：_____年____月_____日

四、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

响应人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
项目负责人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数：	
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围备注				

（附：响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）复印件并加盖公章）

（二）响应人资格证明文件

根据“第二章供应商须知1.4.1响应人资格条件”要求附相关证明材料。

（三）漯河市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国 政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法 诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺， 我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、 自然人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1、响应人须在磋商响应文件中按此模板提供信用承诺函，未提供视为未实质性响应 竞争性磋商文件要求，按无效投标处理。

2、响应人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或 盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

五、货物分项报价一览表

序号	名称	品牌/规格/型号	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
本表报价合计		大写: _____					
		小写: _____					

注:

- 1、供应商必须严格按照此表格内容对所投设备的品牌、单价、合价等全部内容逐项填报；产品技术参数以技术偏离表中的响应为准。
- 2、此表格式仅为示例,不具有约束性,供应商可根据需要对表格格式进行扩展或修改。
- 3、“本表报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标总报价一致。
- 4、本项目采用竞争性磋商两轮报价方式。供应商在提交最后（二次）报价时，仅需填报项目总价。供应商的最后报价不得高于本供应商首次总价。**最终总价的下浮比例，将视同于货物单价的下浮比例，并按此比例同比例调整各项单价作为结算依据。**
- 5、**承诺确认：**供应商提交最终报价，即视为已充分理解并完全接受上述价格联动规则，并承诺按调整后的单价作为合同签订及结算依据。

响应人名称: _____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人: _____（签字或盖章）

日期: _____年____月____日

六、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	采购文件要求参数	响应文件响应内容	偏离说明	结论
1					
2					
3					
4					
5					
...					

说明：

- 1、供应商须对第四章所有技术参数逐条响应，“偏差说明”栏中详细注明所投设备参数与竞争性磋商文件要求有何不同，并说明其符合性；结论必须填写：无偏离/正偏离/负偏离。
- 2、供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，因其未能完全描述技术参数和性能而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

响应人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

七、技术部分

根据“第三章 评分办法前附表2.2.2（2）”要求编写相关内容。

包含但不限于以下内容，格式自拟：

（一）产品先进性及实用性方案

（二）产品拓展性方案

（三）实施方案

（四）质量保证方案

（五）安装调试方案

八、综合部分

根据“第三章 评分办法前附表2.2.2（3）”编写内容。

（一）售后服务

格式自拟

（二）上门检修服务措施及优惠承诺

格式自拟

九、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销响应文件的；
- （二）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；
- （三）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月_____日

十、供应商认为需要提交的其他证明资料

十一、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）

投标供应商根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

【国办发〔2025〕34号】，自行声明格式如下：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）

日 期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于_____行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。
2. 中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
3. 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4. 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业均为工业。
5. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称） 单位的（项目名称）采购活动。由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 残疾人福利性单位评审中享受 10%的价格扣除。

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

（三）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

(四) 节能产品、环境标志产品明细表 (如有)

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

响应人名称: _____ (盖单位公章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

响应人名称: _____ (盖单位公章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

填报要求:

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品, 可在中华人民共和国财政部网站 (<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网 (<http://w>

ww. ccgp. gov. cn) 查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则磋商小组有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）查阅。供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

十三、河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

关于招标投标融资政策的告知函

各响应人：

欢迎贵公司参与本次招投标活动。

中标贷是漯河市公共资源交易中心支持企业发展，针对参与我市招投标活动的投标企业融资难、融资贵推出的一项融资政策。在本次招投标活动中，贵公司中标后如若需要融资贷款支持，可在漯河市公共资源交易信息网点击申请。无需抵押、担保。融资机构将按照双方自愿原则提供便捷，优惠的贷款服务。具体内容详见漯河市公共资源交易信息网“公共资源要素服务”版块。

附件：

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

***本项目所属行业为工业。**

第六章 政府采购合同文本

(参考格式，以签订正式合同为准，采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

本合同□是/□否中小企业预留合同

政府采购合同（示范文本）

合同编号：_____

签 订 地：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（中标人）：_____

住 所 地：_____

乙方于20__年__月__日参加了_____(采购代理机构)组织的“_____(项目名称及项目编号)_____”政府采购活动，经磋商小组评审确定乙方为_____(包及包名称)_____中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小 计
合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：
2. 货物的质量要求：
3. 货物的技术标准：

第四条 交货

1. 交货日期：
2. 交货地点：

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：_____

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 支付方式

本项目分三年履约。第一年度设备供货、安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付合同价款30%；第二年度完成本合同约定的年度维保、校准、技术支持等全部工作，经采购人年度履约考核合格后，支付合同价款30%；第三年度完成全部维保、校验、软件升级等约定工作，履约考核合格后，支付合同价款40%。

成交供应商为中小企业的，每一期履约验收/考核合格后，付款期限严格按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 802 号）执行。

3.2 支付条件：

- （1）项目验收合格，双方签署《政府采购验收报告》；

(2) 供应商提供合法有效全额完税发票；

(3) 其他合同约定的支付凭证。

采购人将在收到完整支付材料后15个工作日内办理支付手续。

第七条 履约保证金

甲方不再向乙方收取履约保证金，乙方若违反政府采购相关规定给甲方造成损失的，甲方可按照合同约定要求乙方承担赔偿责任。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在漯河市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为响应文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5%的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应依照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后___小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

第十八条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购采购文件（含采购文件的澄清、修改等）；
3. 乙方响应文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日