单一来源采购方式专家论证意见

论证专家信息	姓名：何雯
	职称：主任技师（高级）
	工作单位：许昌市中心医院
项目信息	项目名称：鄢陵县中医院DSA球管采购
	供应商名称：通用(河南)设备维修有限公司
专家论证意见	GE IGS-330数字减影血管造影系统（DSA）球管作为影像链中的核心部件，必须与设备的信道、X线发生器、高压发生器、阳极驱动控制系统、探测器、图像处理软件、DICOM协议参数、剂量管控模块等多系统进行一一精准匹配、联合标定，上述系统参数、通讯协议、校正算法均为GE原厂专有技术，未对外公开，不存在公开统一的行业接口标准可供第三方厂商开发兼容备件，现有第三方备件无法满足整机适配、注册配套、系统可追溯的硬性条件。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条、《医疗器械监督管理条例》，因采购标的需使用不可替代的专利、专有技术，只能从唯一供应商处采购。 综上所述，同意鄢陵县中医院DSA球管采购采用单一来源采购方式采购。
论证专家签字	何雯　　日期：2025年 10月 8日