

单一来源采购方式专家论证意见

论证专家信息	姓名： 寇宇	
	职称： 主管工程师（中低）	
	工作单位： 许昌市结核病防治所	
项目信息	项目名称： 鄢陵县中医院 DSA 球管采购	
	供应商名称： 通用（河南）设备维修有限公司	
专家论证意见	GEAS-310数字减影血管造影系统(DSA)球管为影像链中心的核心部件,必须与设备将直器,滤线栅,高压发生器,图像驱动控制系统,探测器,图像处理软件,校准参数,能量管拉模块等子系统逐一精确匹配,联合标立,上述标立均为GE原厂专利技术,未对外公开,第三方厂商开发的兼容备件无法满足整机匹配,注册配套,合规可追溯的硬件条件。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《医疗器械监督管理条例》要求,因货物或者服务使用不可替代的专利,专用技术,或者公共服务项目具有特殊要求,只能从某一特定供应商处采购。 综上所述,同意鄢陵县中医院 DSA 球管采用单一来源采购方式采购。	
论证专家签字	寇宇	日期: 2026 年 10 月 8 日