

技术参数及要求

设备名称	64排CT球管更换服务	质量层次	原装进口
服务期限（质保期）	保修期最长12个月且 不超过50万扫描秒（先到为准）	数量	1支
一、球管			
*1. 与院内现有 64排CT配套使用			
2. 管电压：145kv			
3. 对应于 4600 W 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率：F1：48kw；F2:100kw			
4. 焦点大小：F1:0.7 x 0.7mm；F2：0.9 x 1.1mm			
*5. 阳极最大热容量：相当于50MHU（6.5 MHU/min 的冷却速率）			
6. 最大阳极频率：160HZ			
7. 阳极靶角：7°			
8. 阳极最大散热功率：80000W			
二、安装调试及技术服务(含调试)要求			
1. 新球管更换完毕后需要进行CT图像质量校准，以图像质量校准的通过为球管更换完成的标准。			
2. 安装调试及技术服务(含调试)要求：免费更换安装并调试。			
*3. 售后服务的要求：保修期最长12个月且不超过50万扫描秒（先到为准）。			
4、提供维修工程师关于投保机型的厂家培训证书及和投标单位之间的雇佣关系和社保缴纳证明			
5、质保期内24H*365天电话技术支持，1小时内响应，24小时到达故障现场。			
6、提供本项目设备的CFDA证书			
7、提供免费安全升级，开放维修密码			
8、提供投标单位的ISO9001证书及13485证书			
*9、保证球管开机率大于95%。			
10、维修时直接更换原厂检测合格、原厂原包装配件，不对备件做修补性维修，备件到达时间国内小于2天，国外配件小于5天。			
三、其它需要说明的事项			
1、须提供同型号球管海关报关单及球管证书			
2. 须提供国内库存球管数量，国内备件库面积大于200平米。			