

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县中心医院
拟采购产品名称	X射线计算机体层摄影球管
拟采购产品金额	169万元
采购项目所属项目名称	息县中心医院X射线计算机体层摄影球管采购项目
采购项目所属项目金额	169万元

- 二、申请理由
- 1. 中国境内无法获取:
 - 2. 无法以合理的商业条件获取:
 - 3. 其它:

原因阐述:

根据本院实际情况和业务技术发展需要进行GE128排CT球管更换，球管为CT产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和CT整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，原厂球管的设计与制造严格依据GE原厂CT设备的电气接口、机械结构、散热系统及控制逻辑进行定制，具有较高的技术壁垒和研发投入要求。国产球管可能因接口不匹配、驱动信号不兼容等问题，造成设备主板烧毁、高压系统故障等严重后果。目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用故申请采购进口产品。

三、专家论证意见

该产品为进口品牌，新的配套的球管同属进口产品，该产品不属于《中华人民共和国禁止进口货物目录》中禁止进口的产品，已列入《进口产品目录》

专家签字: 刘林河

2025年12月4日